

**Rapporto di prova N. CRM 4095/ Nr. Lims: 1383**

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE						
DESCRIZIONE CAMPIONE	Estratto in isotano					
Committente:	ARPAB - PZ	Uff. Richiedente	Lab Strumentale			
ETICHETTA CAMPIONE	Acqua Sotterranea - COVA					
DATA PRELIEVO CAMPIONE:	2017	Campionamento a cura di: ARPAB				
Data accettazione CRM	23/05/17	Motivo del prelievo:				
ANALISI CHIMICHE						
Parametri	U.M.	RISULTATO	L.D.A	CV%	Limiti D. LGS. N. 152/06 TITOLO V ALLEGATO 5 TABELLA 2	METODO DI PROVA
						preparativa/analisi
2-clorofenolo	ug/l	<0,025	0,025	25	180	CNR-IRSA 5070
2,4-diclorofenolo	ug/l	<0,05	0,05	27	110	
2,4,6-triclorofenolo	ug/l	<0,05	0,05	25	5	
Pentaclorofenolo	ug/l	<0,05	0,05	28	0,5	
I CHIMICI ANALISTI : p. Chim. E. ACITO - Dott.ssa G. ACCOTO						
Note del Laboratorio:	Per questo campione il laboratorio ARPAB-CRM ha eseguito solo l'analisi strumentale, in quanto il campione è giunto in laboratorio già estratto in isotano, pertanto è stato necessario effettuare un cambio solvente in acetonitrile.					
U.M. =UNITA' DI MISURA		L.D.A.= Limite di Determinazione Analitica		CV%= Coefficiente di Variazione		