

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287128 (15 linee) - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: <http://www.labanalysis.it>

SUOLI

ANALITA	CAS NUMBER	Preparazione campione	Tecnica di laboratorio	LOQ (mg/kg)
Morfolina	110-91-8	iniezione diretta	GCMS	5
Cicloesilammina	108-91-8	iniezione diretta	GCMS	5
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2Hisotiazol- 3-one [EC no. 220-239-6]	55965-84-9	iniezione diretta	LC-UV	10
Dinitrato di rame	3251-23-8	iniezione diretta/digestione	Cu in ICPMS + Nitrati in IC	5
Etan-1,2-diolo	107-21-1	derivatizzazione	GCMS	5
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro.-omega.-hydroxy-, mono[2-(4, 5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1H-midazol-1-yl) ethyl] ethers	68909-09-1	iniezione diretta	LCMSMS	ND
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchilidimetil, cloruri	68424-85-1	iniezione diretta	LCMS	5
2-mercaptoetanolo	60-24-2	iniezione diretta	GCMS	10
Metanolo	67-56-1	iniezione diretta	GCMS	10
2-butossietanolo	111-76-2	iniezione diretta	GCMS	10
Naftalene	91-20-3	iniezione diretta	HSP-GCMS	1
1,2,4-trimetilbenzene	95-63-6	iniezione diretta	HSP-GCMS	1
Mesitilene	108-67-8	iniezione diretta	HSP-GCMS	5
Acido benzensolfonico, 4-C10-13-sec-alchil derivati	85536-14-7	iniezione diretta	LCMS	10
Glutarale	111-30-8	derivatizzazione	LC-UV	5
Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (1:2)	55566-30-8	iniezione diretta	HPLC-MS	5
Trisodium nitrilotriacetate	5064-31-3	iniezione diretta	HPLC-MS	1

LAB ANALYSIS s.r.l.

Sede legale:
Via Rota Candiani, 13 - BRONI (PV)
Sede Amm.va e Lab.: Via Europa, 5
CASANOVA L. (PV) Tel. 0385.287128
C.F. e P. IVA: 02235450182

ACQUE DI FALDA

ANALITA	CAS NUMBER	Preparazione campione	Tecnica di laboratorio proposta	LOQ (ug/l)
Morfina	110-91-8	iniezione diretta	GCMS	10
Cicloesilammina	108-91-8	iniezione diretta	GCMS	10
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2Hisotiazol-3-one [EC no. 220-239-6]	55965-84-9	iniezione diretta	LC-UV	20
Dinitrato di rame	3251-23-8	iniezione diretta/digestione	ICPMS EPA 6020 + Nitrati in IC	5
Etan-1,2-diolo	107-21-1	derivatizzazione	GCMS	5
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono[2-(4, 5-dihydro-2-nortall-oil alkyl-1H-midazol-1-yl) ethyl] ethers	68909-09-1	iniezione diretta	LCMSMS	ND
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchilidimetil, cloruri	68424-85-1	iniezione diretta	LCMS	10
2-mercaptoetanolo	60-24-2	iniezione diretta	GCMS	100
Metanolo	67-56-1	iniezione diretta	GCMS	100
2-butossietanolo	111-76-2	iniezione diretta	GCMS	100
Naftalene	91-20-3	iniezione diretta	HSP-GCMS	1
1,2,4-trimetilbenzene	95-63-6	iniezione diretta	HSP-GCMS	1
Mesitilene	108-67-8	iniezione diretta	HSP-GCMS	10
Acido benzensolfonico, 4-C10-13-sec-alcil derivati	85536-14-7	iniezione diretta	LCMS	10
Glutarale	111-30-8	derivatizzazione	LC-UV	10
Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (1:2)	55566-30-8	iniezione diretta	HPLC-MS	10
Trisodium nitrilotriacetate	5064-31-3	iniezione diretta	HPLC-MS	10
Vanadio (acque sotterranee)		come da metodo	ICPMS	1
Ammine filmanti		estrazione	UV-VIS	1 mg/l

LAB ANALYSIS s.r.l.

Sede legale:
Via Rota Candiani, 13 - BRONI (PV)
Sede Amm.va e Lab.: Via Europa, 5
CASANOVA L. (PV) Tel. 0385.287128
C.F. e P. IVA: 02235450182